Gebrauchsanweisung

Speicherfolien-Schutzhüllen

Deutsch (de)

Diese Gebrauchsanweisung bezieht sich auf folgende Artikel:

TOP Line					
REF	70100	70101	70102	70103	70104
Größe	– 0 –	– 1 –	– 2 –	– 3 –	– 4 –
Maße	2,0 x 3,0 cm	2,0 x 4,0 cm	3,0 x 4,0 cm	2,7 x 5,4 cm	5,7 x 7,5 cm
Verpackungseinheit	100 Stück	100 Stück	300 Stück	100 Stück	100 Stück

Trend Line					
REF	70400	70401	70402	70403	70404
Größe	– 0 –	– 1 –	– 2 –	– 3 –	– 4 –
Maße	2,0 x 3,0 cm	2,0 x 4,0 cm	3,0 x 4,0 cm	2,7 x 5,4 cm	5,7 x 7,5 cm
Verpackungseinheit	100 Stück	100 Stück	300 Stück	100 Stück	100 Stück

Standard Line					
REF	70100A	70101A	70102A	70103A	70104A
Größe	– 0 –	– 1 –	– 2 –	– 3 –	– 4 –
Maße	2,0 x 3,0 cm	2,0 x 4,0 cm	3,0 x 4,0 cm	2,7 x 5,4 cm	5,7 x 7,5 cm
Verpackungseinheit	100 Stück	100 Stück	300 Stück	100 Stück	100 Stück

TAB Line					
REF	70500	70501	70502	70503	70504
Größe	– 0 –	– 1 –	– 2 –	– 3 –	– 4 –
Maße	2,0 x 3,0 cm	2,0 x 4,0 cm	3,0 x 4,0 cm	2,7 x 5,4 cm	5,7 x 7,5 cm
Verpackungseinheit	100 Stück	100 Stück	300 Stück	100 Stück	100 Stück

Plus Line				
REF	70600	70601	70602	70603
Größe	– 0 –	– 1 –	– 2 –	– 3 –
Maße	2,0 x 3,0 cm	2,0 x 4,0 cm	3,0 x 4,0 cm	2,7 x 5,4 cm
Verpackungseinheit	100 Stück	100 Stück	300 Stück	100 Stück

Stand: 1. September 2022

1 Die Lasche nach vorn umklappen

2 Die Speicherfolie in die Schutzhülle einschieben

3 Den weißen Klebestreifen abziehen

4 Lasche zurückklappen und festdrücken



5 Die inaktive Seite muss zum Röntgengerät zeigen

6 Zum Öffnen der Schutzhülle den oberen oder unteren Streifen abziehen



7 Nach der Nutzung fachgerecht entsorgen

REF

NPRHB0, NPRHB1, NPRHB2, NPRHB3, NPRHB5
QWU000, QWU001, QWU002, QWU003, QWU004
209635, 209636, 209637, 209638, 209639, 235952, 235953
322955, 322960, 351990, 351995, 353785, 353790
6074301, 6074302, 6074303, 6074308, 6074312
706310, 706311, 706312
7302, 7303, 7304, 7305, 7306
88200, 88201, 88202, 88203, 88204
960002, 960003, 960004, 960005

Ref.-Nr. kann von der Art.-Nr. des Händlers abweichen. Bei Nachbestellung bitte die Nr. des Händlers verwenden.

M.G. Kurth GmbH · Röntgenstraße 4, 21493 Schwarzenbek, Deutschland · Tel.: +49 (0)4151 - 81011 · Fax: +49 (0)4151 - 6488 · E-Mail: info@mgk-kurth.com · www.mgk-kurth.com

Gebrauchsanweisung

Speicherfolien-Schutzhüllen

Deutsch (de)

Zweckbestimmung

Die Speicherfolien-Schutzhüllen sind einmal verwendbare Kunststoffhüllen zum Schutz des Patienten vor Partikelkontaminationen durch die Speicherfolie, zur Vermeidung von Kreuzkontaminationen unter Patienten und zum Schutz (Licht, Staub, Schmutz, physikalische Beschädigung) der intraoralen Speicherfolien bei digitalen Dental-Röntgenaufnahmen.
Die Schutzhüllen sind in 5 Größen (0, 1, 2, 3, 4) erhältlich und kompatibel mit den gängigen Speicherfoliengrößen auf dem Markt.

Leistungsdaten

Die Schutzhüllen sind aus latexfreiem, geruchlosem Kunststoff gefertigt und das Material wurde auf mögliche Hautunverträglichkeit getestet.

Die Schutzhüllen können bei der Aufnahme, Lagerung und Scannen eingesetzt werden, um eine gute Bildqualität zu gewährleisten und die Lebensdauer der Speicherfolien zu erhöhen.

Die Einmal-Schutzhülle dient als Unterstützung der zahnärztlichen Hygienemaßnahmen, ersetzt aber nicht Vorgaben der Hersteller zur Desinfektion oder Sterilisation der wiederverwendbaren intraoralen Speicherfolien.

Hinweise zur sicheren Anwendung des Produktes*

- Das Medizinprodukt darf nur von (ausgebildetem) zahnärztlichen Personal angewendet werden.
- Die Speicherfolien-Schutzhüllen sind ausschließlich mit neuen Einmalhandschuhen zu verwenden, dadurch werden Kreuzkontaminationen vermieden.
- Verwenden Sie bei jedem Gebrauch der Speicherfolie eine neue Schutzhülle.
- Verwenden Sie nur für Speicherfolien passende Schutzhüllen (Größe 0, 1, 2, 3, 4).
- Schutzhüllen sind Einwegartikel und dürfen unter keinen Umständen wiederverwendet werden. Bei Mehrfachanwendung können Kreuzkontaminationen zwischen Patienten auftreten, diese können zu Infektionen führen.
- Entsorgen Sie die Schutzhülle nach jedem Patienten/Einsatz.
- Verwenden Sie niemals eine beschädigte Schutzhülle.
- Einfache Anwendung und Entfernung gemäß den umseitigen Abbildungen. Die ergonomisch geformten Schutzhüllen und die mit stabilen Kartondeckstreifen versehene Haftlasche ermöglichen ein leichtes Öffnen und einfaches Einschieben der Speicherfolie.

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle müssen dem Hersteller und der zuständigen Behörde Ihres Landes gemeldet werden.

Symbol-Bezeichnung – Erklärung der auf Verpackung und Etikettierung verwendeten Symbole gemäß EU-Medizinprodukte-Standard DIN EN ISO 15223-1:2022-02			
	Gebrauchsanweisung beachten	REF	Bestellnummer
	Nicht zur Wiederverwendung	LOT	Chargenbezeichnung
	Nicht steril	MD	Medizinprodukt
	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen	UDI	Produktidentifikation
	Vor Nässe schützen		Anzahl Boxen in Verpackungseinheit
	Verwendbar bis		Anzahl Speicherfolien-Schutzhüllen je Box
	Lagertemperatur	CE	CE-Kennzeichnung
	Hersteller		

*Literatur: [1)]Infektionsprävention in der Zahnheilkunde - Anforderungen an die Hygiene1 - Mitteilung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention beim Robert Koch-Institut Bundesgesundheitsbl - Gesundheitsforsch - Gesundheitsschutz 2006, 49, S1-16, http://www.bonath-dental.com/RKI-Zahnmedizin2006.pdf
[2)]Hygienestandard der Zahnarztpraxen in Greifswald nach Publikation der RKI-Richtlinie 2006 im Vergleich zum Hygienestandard in Greifswald und Magdeburg, S. Handrup - 2011



Gebrauchsanweisung_ScanSleeves_220901-V003